抵抗ケーブル CL01-KES
取扱説明書

本器は静電気放電シミュレータ KES4020 専用のオプションです。

静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書、付録の「1.2 試験環境と試験配置」を先にお読みください。一般事項および共通事項は静電気放電シミュレータ KES4020 の取扱説明書にしたがってください。

1. 概要

本器は、IEC61000-4-2 規格に準拠した静電気放電試験用環境設備です。

水平結合板（形名：ZC01-KES）または垂直結合板（形名：VC01-KES）に帯電した電荷を除電する目的で使用します。

2. 仕様

構成：絶縁物に収納された抵抗体 2 本と接続ケーブル

抵抗値：(470k Ω × 2) ± 10%

長さ：約 2m

3. 使用方法

片方の端を水平結合板または垂直結合板に接続し、もう一方を基準接地板(形名：GP01-KES) に接続します。

注 意

- 抵抗ケーブルを足に引っかけて転倒したり、ケーブルを引きちぎることがあります。足元の邪魔にならないように配置してください。

菊水電子工業株式会社
〒 224-0023 横浜市都筑区東山田 1-1-3 TEL045-593-0200 FAX045-593-7591
© 1998 Kikusui Electronics Corporation Printed in Japan
Kikusui Part No. Z1-001-950, IA001141